



**Procedura negoziata senza bando, ai sensi dell'art. 50, c. 1, lett. e) del D. Lgs 36/2023, per la fornitura di due strumentazioni di analisi di materiali automatizzati - CIG A03956D63F - CUP E17G17000170005 - CUI F00518460019202300035**

L'anno 2024 il giorno 07 del mese di marzo, alle ore 9:30 c.ca, riprende avvio l'esame delle offerte pervenute nell'ambito della procedura negoziata indicata in titolo, la Commissione Giudicatrice composta da:

- prof. Andrea Lanzini (DENERG) – in qualità di presidente
- dott. Davide Papurello (DENERG)
- dott. Francesco Demetrio Minuto (DENERG)

Presiede e coordina lo sblocco delle offerte telematiche sulla piattaforma elettronica MePA, l'ing. Fabio Agostino, Responsabile del Servizio Appalti Sotto Soglia UE dell'Area AGACON.

**Premesso che:**

Nella seduta precedente del 16.01.2024, la Commissione Giudicatrice ha:

- verificato l'offerta tecnica relativa ai requisiti minimi;
- iniziato la valutazione degli elementi oggetto di premialità;
- sospeso la seduta di gara a causa di un impegno improvviso di uno dei commissari.

**Tutto ciò premesso:**

La Commissione Giudicatrice termina la valutazione degli elementi tecnici premiali previsti nell'ambito dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

La situazione che emerge è la seguente:

**LOTTO 1**

<b>Operatore Economico ANTON PAAR ITALIA SRL</b>			
<b>Elementi di valutazione</b>	<b>Caratteristiche</b>	<b>Punteggio massimo</b>	<b>Punteggio ottenuto</b>
<b>EV 1 – Pressione Strumento 1</b>	Lo strumento deve effettuare misure di assorbimento fino alla pressione massima Pmax	<b>20 punti se Pmax&gt;=100 bar 10 punti se Pmax&gt;90 bar 5 punti se Pmax&gt;80 bar</b>	20 punti
<b>EV 2 – Temperatura Strumento 1</b>	Lo strumento deve poter gestire la temperatura del portacampione nel range di temperatura da 77 K a 320 K, con una precisione P	<b>20 punti se P&lt;±0.2 K 10 punti se P&lt;±0.5 K 5 punti se P&lt;±1 K</b>	20 punti
<b>EV 3 – Vuoto Strumento 1</b>	Lo strumento è equipaggiato di pompa da vuoto che raggiunge un livello di vuoto P	<b>5 punti se P&lt;=5x10<sup>-9</sup> mbar 2.5 punti se P&lt;=5x10<sup>-6</sup> mbar</b>	2,5 punti
<b>EV 4 – Accessori Strumento 1</b>	Fornitura materiali adsorbenti standard per la calibrazione dello strumento	<b>5 punti per ogni materiale aggiuntivo fino ad un massimo di 20 punti</b>	5 punti
<b>EV 5 – Temperatura Strumento 2</b>	La temperatura del portacampione deve essere gestita mediante rampe di temperatura fino ad un valore massimo Tmax	<b>20 punti se Tmax&gt;1050 °C 10 punti se Tmax&gt;1000 °C 5 punti se Tmax&gt;900 °C</b>	20 punti
<b>Totale</b>		<b>85 punti</b>	<b>67,5 punti</b>
<b>Totale punteggio riparametrato</b>		<b>85 punti</b>	<b>85 punti</b>



Alle ore 09:45 c.ca la Commissione Giudicatrice provvede:

- ad attribuire sul portale MePa il punteggio tecnico riparametrato;
- allo sblocco dell'offerta economica sul MePA, caratterizzata dagli elementi sintetizzati nel prospetto seguente

<b>Operatore economico</b>	<b>Importo a base di gara oltre IVA</b>	<b>Prezzo Offerto oltre IVA</b>
ANTON PAAR ITALIA SRL	164.000,00 € + IVA	163.930,00 €

L'operatore dichiara che i costi della manodopera necessaria all'espletamento del servizio di installazione, collaudo e training ammontano a € 7.000,00 e che, nella formulazione dell'offerta, si è tenuto conto del costo aziendale della sicurezza in relazione all'entità e alle caratteristiche del servizio valutato in € 100,00.

Avendo constatato la regolare formulazione e l'ammontare dell'offerta economica, la Commissione Giudicatrice provvede a:

- accedere alla funzionalità Gestione Punteggi;
- selezionare "Automatico" in corrispondenza della colonna "Punteggio Economico" per accedere al dettaglio del punteggio attribuito automaticamente dal Sistema all'offerta dei concorrenti.

I punteggi risultanti dalla piattaforma MEPA sono riportati nel seguente prospetto

<b>Operatore economico</b>	<b>Punteggio tecnico</b>	<b>Punteggio economico</b>	<b>Punteggio finale</b>
ANTON PAAR ITALIA SRL	85/85 riparametrato	15/15	100/100

Alle ore 10:00 c.ca la Commissione chiude la seduta proponendo l'aggiudicazione della procedura in titolo in favore dell'operatore **ANTON PAAR ITALIA SRL** e trasmette la documentazione alla Stazione Appaltante per l'adozione degli atti di sua competenza.

Il presente verbale viene letto e approvato seduta stante.

#### **La Commissione Giudicatrice**

prof. Andrea Lanzini

*Firmato originale Andrea Lanzini*

dott. Davide Papurello

*Firmato originale Davide Papurello*

dott. Francesco Demetrio Minuto

*Firmato originale Francesco Demetrio Minuto*