



Publicato all'indirizzo www.polito.it, nella sezione "Amministrazione Trasparente" in data

Decreto della Direttrice Generale n. 370/2019

Procedura negoziata sotto soglia comunitaria, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. B del D. Lgs. 50/2016 per l'affidamento della fornitura di un'attrezzatura per la giunzione di fibre ottiche con laser a CO2 nell'ambito del progetto regionale INFRA – P FIP

CIG 7696646135

CUP E15D18000330007

CID 321-14 INFRA-P

Provvedimento di Aggiudicazione definitiva ed efficace

Provvedimento Esclusione

LA DIRETTRICE GENERALE

Premesso che:

- In attuazione del Decreto della Direttrice Generale n. 2373/2018 del 20.11.2018, è stata indetta ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. b), del D. Lgs. 50/2016, la procedura negoziata di cui in titolo;
- alla data di autorizzazione della procedura non risultavano attive convenzioni Consip di cui all'art. 26, commi 1 e 3, della legge 488/1999, o convenzioni regionali attivate da SCR Piemonte di cui all'art. 1, comma 449 e 450 della legge 296/2006, aventi ad oggetto servizi comparabili con quelli relativi alla procedura in titolo;
- la procedura negoziata è stata esperita attraverso la piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, mediante richiesta di offerta (RDO n. 2137468 del 21.11.2018) rivolta a tutti gli operatori economici iscritti alla categoria merceologica presente nel bando "BENI – Informatica, elettronica, telecomunicazioni e macchine per ufficio", nell'ambito della quale è attiva la fornitura oggetto di affidamento;
- l'importo posto a base di gara è pari a € 135.000,00 (al netto dell'IVA e delle eventuali opzioni e con oneri per la sicurezza (DUVRI) stimati in euro zero);
- entro il termine previsto dalla RDO per la presentazione delle offerte (h. 12,00 del giorno 17.12.2018), sono pervenute n. 2 (due) offerte da parte dei seguenti operatori economici
 - **Tecon S.r.l.**
 - **DB Electronic Instruments S.r.l.**
- a seguito della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali richiesti ai fini della partecipazione alla procedura in titolo è stata disposta l'ammissione dei concorrenti con Decreto della Direttrice Generale n. 2722/2018 del 19.12.2018, pubblicato sul sito internet di Ateneo in data 20.12.2018 e comunicato contestualmente ai concorrenti;
- la procedura è stata aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, c. 2 D.Lgs. 50/2016;
- nella seduta del 21.12.2018, la commissione giudicatrice:
 - ha proposto l'esclusione del concorrente **DB Electronic Instruments s.r.l.** per le motivazioni indicate nel relativo verbale, che vengono di seguito richiamate:



*“L’offerta tecnica non soddisfa i requisiti tecnici minimi a pena di esclusione richiesti nel capitolato. L’operatore economico **NON È ammesso** alla fase successiva di valutazione dell’offerta tecnica con attribuzione dei punteggi tecnici premiali previsti nel capitolato tecnico”.*

Si allega al presente atto tabella riepilogativa della non conformità dell’offerta tecnica ai requisiti tecnici minimi;

- ha proceduto a formulare la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente **TECON s.r.l.** che ha conseguito un punteggio complessivo di 100/100 punti, di cui 80/100 punti per la parte tecnica e 20/100 punti per la parte economica.

Considerato

- che la proposta di aggiudicazione è soggetta ad approvazione dell’organo competente secondo l’ordinamento delle amministrazioni aggiudicatrici;
- che l’aggiudicazione diventa efficace a seguito della positiva verifica, in capo all’aggiudicataria, del possesso dei requisiti richiesti ai fini della partecipazione alla procedura, secondo quanto previsto dall’art. 32 c.7 del D.lgs. 50/2016.

Appurato che

- nei confronti della società Tecon S.p.A, già Tecon s.r.l. si è proceduto alla verifica in merito al possesso dei requisiti di ordine generale richiesti dalla lettera di invito ai fini della partecipazione;
- all’esito delle verifiche relative al casellario giudiziale, sono risultati nei confronti del vice presidente della società, sig. Urlo Giorgio, alcuni provvedimenti di condanna per reati che non costituiscono motivo di esclusione ai sensi dell’art. 80 D.lgs. 50/2016. Pertanto, nulla osta all’affidamento della fornitura alla citata società.

Tutto ciò premesso e considerato

- Vista la Legge 190/2012, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
- Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, “Codice dei contratti pubblici”;
- Visto lo Statuto del Politecnico di Torino, emanato con D.R. n. 418 del 29.11.2011;
- Visto il Regolamento di Amministrazione e contabilità del Politecnico di Torino (in particolare l’art. 62, comma 2 lett. c), emanato con DR 218 del 03.06.2013;
- Visto il quadro delle deleghe approvato con Delibera del CdA del 24.02.2016;
- Visto il Decreto della Direttrice Generale n. 2373/2018 del 20.11.2018, che ha autorizzato l’indizione della procedura in titolo;
- Visti gli atti e i verbali di gara.

DECRETA

- l’esclusione dalla procedura in oggetto del concorrente **DB Electronic Instruments s.r.l.** per le motivazioni richiamate in narrativa;
- di approvare la proposta di aggiudicazione formulata dalla commissione giudicatrice in data 21.12.2018;
- di aggiudicare, ai sensi dell’art. 32, c.5, D.Lgs. 50/2016, la procedura in oggetto in favore del concorrente **TECON S.p.A.** che ha offerto il ribasso unico percentuale del 12,74%

Area Approvvigionamento Beni e Servizi

Ufficio Appalti

Politecnico di Torino Corso Duca degli Abruzzi, 24 – 10129 Torino – Italia

tel: +39 011 090 6374/6026/5742/6046 fax: +39 011 090 5755

appalti@polito.it www.polito.it

G:\uffici\COA\Area PSA\Cottimi fiduciari\INFRA-P\FIP\2018\2018_11_07_RDA_1422_CS_Giunzione fibre con laser a CO2\Aggiudicazione\05 - Provv. agg.ne definitiva efficace ed esclusione.doc



sull'importo posto a base di gara, corrispondente ad un prezzo di aggiudicazione pari ad € 117.801,00;

- di dichiarare l'efficacia dell'aggiudicazione risultando comprovati in capo all'affidatario i requisiti richiesti ai fini della partecipazione alla procedura;
- di autorizzare la stipula del contratto, previa acquisizione della documentazione prescritta ai fini della sua sottoscrizione.

Torino, 21 febbraio 2019

LA DIRETTRICE GENERALE
(Dott.ssa Ilaria Adamo)

Allegato:

- Tabella riepilogativa della non conformità dell'offerta tecnica

AF/dm

Tabella riepilogativa della non conformità dell'offerta tecnica

ELEMENTI TECNICI MINIMI A PENA ESCLUSIONE		DB ELECTRONIC INSTRUMENTS
1	Sistema di riscaldamento e giunzione: laser CO ₂	Requisito presente
2	Potenza MIN laser CO ₂ : almeno 40 W	Requisito presente
3	Sistema di raffreddamento: aria	Requisito presente
4	Dimensione consentita fibre ottiche: da 125 µm ad almeno 2000 µm	Offerta: 250µm-2.0mm (CO2); 80µm - 1.25mm (Filament) Requisito non rispettato. <i>Le dimensioni consentite delle fibre ottiche devono essere garantite con l'utilizzo del laser CO2 e non con filamento.</i>
5	Metodi di allineamento: automatico con telecamera	Requisito presente
6	Risoluzione di allineamento x/y: 0.2 µm	Requisito presente
7	Risoluzione di allineamento z: 0.25 µm	Requisito presente
8	Massimo spostamento in z: 105 mm	Requisito presente
9	Motori di rotazione della fibra: presenza di motore sia destro sia sinistro	Requisito presente
10	Sistema di osservazione e allineamento <i>end-view</i>	Requisito presente
11	Sistema di controllo automatico del sistema: attraverso un software dedicato e compreso nella fornitura	Requisito presente
12	Lunghezza dei taper: almeno 100 mm	Requisito presente
13	Massimo rapporto dei taper: 8:1	Requisito presente
14	Massima velocità di fabbricazione taper: 1 mm/s	Requisito presente
15	Interfaccia PC: PC in configurazione adeguata alla gestione e all'uso del sistema, completo di monitor	Requisito presente
16	Coppie di holders fibre disponibili: completo di 1 coppia di afferraggi per fibre standard aventi diametro pari a 125 µm	Requisito presente
17	Perdite medie per fibre standard: 0.02dB per SMF	Requisito presente
18	Garanzia di 12 mesi con copertura totale	Requisito presente
19	Comprese fornitura, installazione, configurazione, calibrazione, collaudo e avvio dello strumento con prove funzionali da svolgersi on-site con tecnico specializzato	Requisito presente