



Procedura negoziata senza bando, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. B del D. L. 76/2020, per l'affidamento della fornitura di un microscopio in fluorescenza per analisi e caratterizzazione di sistemi biologici per la produzione di H₂, di CO₂ e di altri e-fuels

**Progetto iENTRANCE@ENL cod. IR0000027 - Missione 4 Componente 2 Linea di investimento 3.1
CUP B33C22000710006 - CIG 9926100CD6 - CUI F00518460019202300067**

L'anno 2023 il giorno 8 del mese di agosto, alle ore 14:00 c.ca, in modalità telematica attraverso l'utilizzo del software Microsoft Teams in dotazione all'Ateneo, si riunisce, per proseguire l'esame delle offerte pervenute nell'ambito della procedura indicata in titolo, la Commissione Giudicatrice composta dalla Dott.ssa Francesca Frascella (DISAT) – in qualità di presidente, dalla Dott.ssa Lucia Napione (DISAT) e dalla Dott.ssa Valentina Bertana (DISAT).

Presiede e coordina le operazioni telematiche della seduta di gara (attraverso call con il software Microsoft Teams) e lo sblocco delle offerte telematiche sulla piattaforma elettronica MePA, la dott.ssa Rossella Grieco funzionario dell'ufficio Buyer dell'Area AGACON.

Premesso che

- nella seduta precedente del 02.08.2023, la Commissione Giudicatrice ha avviato la verifica dei requisiti tecnici minimi a pena di esclusione per i prodotti offerti dagli operatori proponendo l'esclusione dell'operatore LEICA MICROSYSTEMS SRL. e trasmettendo alla Stazione Appaltante alcuni chiarimenti da inviare all'operatore NIKON EUROPE B.V.;
- con PEC del 02.08.2023 la Stazione Appaltante ha inviato richiesta di chiarimenti a NIKON EUROPE B.V. indicando quale termine ultimo per la risposta il giorno 04.08.2023 alle ore 18.00;
- l'operatore ha inviato riscontro con PEC del 03.08.2023.

Tutto ciò premesso

La Commissione Giudicatrice procede con la lettura della risposta dell'operatore economico NIKON e rileva che, dalla documentazione tecnica presentata in fase di gara e dalle precisazioni inviate successivamente dall'operatore, l'offerta tecnica soddisfa TUTTI i requisiti tecnici minimi a pena di esclusione richiesti nel capitolato.

Alle 14.10 c.ca la Commissione procede con:

- l'esclusione dell'operatore economico LEICA MICROSYSTEMS alla fase successiva di valutazione dell'offerta tecnica in quanto il prodotto offerto NON rispetta TUTTI i requisiti tecnici minimi richiesti nel capitolato;
- l'ammissione del solo operatore economico NIKON EUROPE B.V. alla fase successiva di valutazione dell'offerta tecnica con attribuzione dei punteggi tecnici premiali e avvia la verifica della relativa documentazione.

La situazione che emerge è la seguente:

Elemento di valutazione	Valore offerto	Punti
EV.1 – Espansione sistema: <ul style="list-style-type: none">- Corpo principale del sistema dotato di motorizzazione sull'asse z, in grado di garantire. Passo di movimento di 10nm con percorso ottico motorizzato (sinistra 100%, destra 100% e oculari 100%)- Possibilità di avere Ingrandimenti ottici da 1 x/1,5x.- Sorgente Withe LED caratterizzata da 4 canali centrati sulle lunghezze d'onda: UV-385 nm; Blue-488 nm; Giallo-Verde-500-600 nm e Rosso- 621 nm	SI	15/15
EV.2 - Tavolino porta campioni motorizzato 57mm, corsa in y=+/-36,5mm; Velocità 25mm/s, passo 100 nm, ripetibilità: +/- 500nm	SI	5/5
EV.3 - Campo visivo (FoV) da 25 mm su uscita porta laterale	SI	30/30
EV.4 - Obiettivi ad alta risoluzione – grande FOV per imaging di materiale cellulare in piastre di plastiche, applicabile per il campo chiaro, la fluorescenza ed il contrasto di fase	SI	5/5



Elemento di valutazione	Valore offerto	Punti
EV.5 – Fotocamera – sensore monocromatico CMOS ad alta sensibilità, con dimensioni minime di 36 x 24 millimetri, risoluzione di almeno 16 megapixel, efficienza quantica superiore a 75%. Il sensore della camera deve consentire di sfruttare interamente il field of view della porta laterale del microscopio (25mm)	SI	15/15
EV.6 – Possibilità a fronte dell'installazione, di poter concordare 1 o 2 giorni di training presso il sito di installazione, che preveda specifico addestramento su misure in operando	2 giorni	10/10
	PUNTEGGIO TECNICO PROVVISORIO	80/80
	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	80/80

La Commissione procede nell'ordine con le seguenti operazioni sulla piattaforma MePA:

- inserimento del punteggio tecnico riparametrato ottenuto dal concorrente;
- chiusura della busta tecnica;
- apertura della busta economica con l'acquisizione dal portale della relativa documentazione

L'offerta economica è caratterizzata dagli elementi sintetizzati nel seguente prospetto:

Operatore economico	Importo a base d'asta € oltre IVA	Ribasso offerto %	Importo offerto € oltre IVA
NIKON EUROPE B.V.	115.000,00	23,30%	88.205,00

L'operatore dichiara inoltre che:

- in relazione a quanto previsto dall'art. 95, comma 10 del D. Lgs. 50/2016, i costi della manodopera necessaria all'espletamento del servizio di installazione e collaudo, richiesti dalla Stazione Appaltante nel presente affidamento, ammontano a € 82.000,00;
- nella formulazione dell'offerta si è tenuto conto del costo aziendale della sicurezza in relazione all'entità e alle caratteristiche del servizio valutato in € 88.200,00;

La Commissione rileva che i costi della sicurezza dichiarati dall'operatore sono quasi pari all'offerta economica complessiva e che quelli della manodopera, relativi ai soli servizi di installazione e collaudo dello strumento oggetto della fornitura, sono circa il 93% dello stesso importo. Suggerisce l'invio, da parte della Stazione Appaltante, di una richiesta di precisazioni all'operatore circa la quantificazione di tali costi.

Avendo constatato l'ammontare dell'offerta economica dell'operatore, la Commissione Giudicatrice provvede ad accedere alla funzionalità Gestione Punteggi della Piattaforma MePA e la situazione che emerge è la seguente:

Operatore economico	PUNTEGGIO TECNICO	PUNTEGGIO ECONOMICO	PUNTEGGIO TOTALE
NIKON EUROPE B.V.	80/100	20/100	100/100

Alle ore 14:20 c.ca la Commissione chiude la seduta proponendo

- l'esclusione dell'operatore economico LEICA MICROSYSTEMS per assenza di tutti i requisiti tecnici minimi richiesti a pena di esclusione;
- l'aggiudicazione della procedura in titolo in favore dell'operatore NIKON EUROPE B.V.

Si trasmette la documentazione alla Stazione Appaltante per l'adozione degli atti di sua competenza. Il presente verbale viene letto ed approvato seduta stante

La Commissione Giudicatrice

Dott.ssa Francesca Frascella

Firmato Frascella

Dott.ssa Lucia Napione

Firmato Napione

Dott.ssa Valentina Bertana

Firmato Bertana