



Procedura negoziata senza bando, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. B del D. L. 76/2020, per l'affidamento della fornitura di uno spettrometro Raman in operando per analisi di catalizzatori e materiali durante l'attività in cella elettrochimica (storage, fuel Cell, CO2 ed elettrolizzatori)

Progetto iENTRANCE@ENL - cod. IR0000027

Missione 4 - Componente 2 - Linea di investimento 3.1

CUP B33C22000710006 - CIG 984250326C - CUI F00518460019202300050

L'anno 2023 il giorno 01 del mese di agosto, alle ore 14:00 c.ca, in modalità telematica attraverso l'utilizzo del software Microsoft Teams in dotazione all'Ateneo, si riunisce, per l'esame delle offerte pervenute nell'ambito della procedura indicata in titolo, la Commissione Giudicatrice composta da:

- Dr. Marco Fontana (DISAT);
- Dr.ssa Francesca Frascella (DISAT);
- Prof. Samuele Porro (DISAT) – in qualità di presidente;

Presiede e coordina le operazioni telematiche della seduta di gara (attraverso call con il software Microsoft Teams) e lo sblocco delle offerte telematiche sulla piattaforma elettronica MePA, l'ing. Cristina Sergi funzionario dell'Ufficio Buyer Servizi e Forniture dell'Area AGACON.

Premesso che:

- nella seduta precedente del 18.07.2023, i componenti del Seggio di Gara hanno terminato la verifica della documentazione amministrativa prodotta dagli operatori, trasmettendola al Direttore Generale per l'adozione dei provvedimenti di competenza;
- in data 28.07.2023 il Direttore Generale con DDG n. 1650/2023, trasmesso tramite posta elettronica certificata inviata agli operatori economici concorrenti, ha disposto l'ammissione alla fase successiva degli operatori economici

RAGIONE SOCIALE	PARTITA IVA
RENISHAW S.P.A.	05653080019
THERMO FISHER SCIENTIFIC S.P.A.	07817950152

- con DDG n. 1636 del 27.07.2023 è stata nominata la Commissione tecnica per la valutazione delle offerte.

Tutto ciò premesso

Alle ore 14:05 c.ca si procede sulla piattaforma MePA allo sblocco dell'offerta tecnica e al prelievo della relativa documentazione.

La Commissione prende atto che, come previsto al par. 16 della lettera di invito, l'offerta tecnica richiesta ai partecipanti deve permettere alla Stazione Appaltante di verificare la presenza degli elementi tecnici richiesti quali requisiti minimi, oltre che di valutare gli elementi tecnici offerti dall'operatore economico nell'ambito dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Si avvia la verifica dei requisiti tecnici minimi a pena di esclusione per i prodotti offerti da **RENISHAW S.P.A.**

L'offerta tecnica soddisfa TUTTI i requisiti tecnici minimi a pena di esclusione richiesti nel capitolato. L'operatore economico è ammesso alla fase successiva di valutazione dell'offerta tecnica con attribuzione dei punteggi tecnici premiali.

Si avvia la verifica dei requisiti tecnici minimi a pena di esclusione per i prodotti offerti da **THERMO FISHER SCIENTIFIC S.P.A.**



La Commissione evidenzia la difficoltà nel verificare, dall'analisi dei documenti prodotti dall'operatore, la presenza di alcune caratteristiche tecniche. Si ritiene pertanto opportuno richiedere a THERMO FISHER SCIENTIFIC S.P.A. di:

- di precisare se lo spettrometro RAMAN offerto è predisposto per essere accoppiato con celle elettrochimiche sia EL CELL (ECC-Opto-10) sia Redox me (Raman ECFC);
- di confermare che il software offerto consenta un sistema di trigger per l'acquisizione dello spettro Raman sincronizzata con impulsi inviati da potenziostato esterno.

Alle ore 15.10 c.ca la Commissione chiude la seduta e trasmette la documentazione alla Stazione Appaltante per l'invio della richiesta di chiarimenti all'operatore THERMO FISHER SCIENTIFIC S.P.A. mediante messaggio PEC.

Il presente verbale viene letto e approvato seduta stante.

La Commissione Giudicatrice

Dr. Marco Fontana

Firmato Fontana

Dr.ssa Francesca Frascella

Firmato Frascella

Prof. Samuele Porro

Firmato Porro